Laskonäytteen (2203 B -La) säilyvyysajan muutos

Tutkimus **2203 B -La (Lasko, verestä)**

Asia

Laskonäytteiden säilyvyyttä on tutkittu HUS DGK:n omalla testauksella. Nykyinen säilyvyys (4 tuntia huoneenlämmössä ja 30 tuntia jääkapissa, josta 4 tuntia voi olla huoneenlämmössä) on aiheuttanut haasteita näytelogistiikassa.

Uuden testauksen perusteella säilyvyysaikaa voidaan pidentää:

1. ***Näyte säilyy huoneenlämmössä, jos se analysoidaan 4 tunnin kuluessa*** näytteenotosta. Näyte voidaan säilyttää huoneenlämmössä, jos se ehtii analyysilaboratorioon 3 tunnin sisällä näytteenotosta.

2. ***Pidempiaikaista säilytystä varten näyte on laitettava jääkaappilämpötilaan 2 tunnin kuluessa näytteenotosta***. Tällöin laskonäyte on analysoitava 48 tunnin kuluessa näytteenotosta. Näyte jäähdytetään jääkaappilämpötilaan ja lähetetään kylmäkuljetuksena geelipakkauksessa.

Yhteyshenkilöt

kemisti Katariina Alagrund, katariina.alagrund@hus.fi, 050 427 2475;

lääkäri Päivi Helminen-Pacius, paivi.helminen-pacius@hus.fi, 050 427 0475

Allekirjoitukset

Päivi Helminen-Pacius Erikoislääkäri	Katariina Alagrund Kemisti	Lotta Joutsi-Korhonen Ylilääkäri, vastuualuejohtaja
HUS Diagnostiikkakeskus Kliininen kemia puh. 050 427 0475	HUS Diagnostiikkakeskus Kliininen kemia puh. 050 427 2475	HUS Diagnostiikkakeskus Kliininen kemia puh. 050 427 2402