

GLUKOOSIRASITUSKOKEEN SUORITUKSEN YHTENÄISTÄMINEN

Tutkimus	1483	Pt-Gluk-R1	Pt-Glukoosikoe, oraalinen, lyhyt
	1484	Pt-Gluk-R2	Pt-Glukoosikoe, oraalinen pitkä

Asia Glukoosirasituskokeen suoritus yhtenäistetään 1.3.2005 lähtien HUSLABin laboratorioissa siten, että **aina ennen rasituksen tekoa potilaasta tehdään plasman glukoosimääritys vieritestimittarilla** (P -Gluk-O, KL 13975). Myös vieritestin tulos tallennetaan ATK:lle.

Mikäli vieritestimittarilla glukoosipitoisuudeksi ennen glukoosiliuoksen nauttimista saadaan aikuisilla yli 7.0 mmol/l, ei rasitusta tehdä. Raskaana oleville rajana pidetään 6.0 mmol/l.

Tutkimuksen hinta muodostuu osatutkimusten lukumäärän mukaan ja siihen sisältyy P -Gluk-O.

Tiedustelut **Asiantuntijat kemisti** Aija Helin, sähköposti aija.helin@hus.fi, puh. (09) 471 73846, **lääkäri** Lasse Uotila, sähköposti lasse.uotila@hus.fi, puh. (09) 471 74306 tai 050 427 1548 ja **kemisti** Lena-Maja Sandström, sähköposti lena-maja.sandstrom@hus.fi, puh. (09) 310 67343

Martti L. T. Lalla
 osastonylilääkäri
 vastuuyksikön päällikkö
 HUSLAB, puh. (09) 471 88377 tai 050 427 0132
 Kliinisen kemian ja hematologian vastuualue
 Kirurgisen sairaalan laboratorio

Jakelu Laboratoriojakelu
 HUS-piirin sairaaloiden laboratoriot
 H:gin terveysasemien ylilääkärit
 H:gin ja Vantaan perusterveydenhuollon ylilääkärit
 HUSLABin Intranet-sivut