

Immunologian osaston tutkimusmuutoksia

KUDOSTRANSGLUTAMINAASI, IgA- JA IgG- VASTA-AINEET (KL 1885 JA 1886), VIITEARVOT MUUTTUVAT 2.5.2006 (liite 1)

Automaattimenetelmän käyttöön siirtymisen vuoksi tutkimuksien viitearvot muuttuvat 2.5.2006 alkaen. Menetelmä on edelleen entsyymi - immunologinen ja valmistaja entinen.

SITRULLIINIPEPTIDI, VASTA-AINEET (KL 4744) VIITEARVOT MUUTTUVAT 2.5.2006 ALKAEN (liite 2)

Automaattimenetelmän käyttöön siirtymisen vuoksi tutkimuksien viitearvot muuttuvat 2.5.2006 alkaen.

TYREOIDEAA STIMULOIVAT VASTA-AINEET (KL 3059) KORJAUS VASTAUS- YKSIKKÖÖN

Ilmoitimme TSAb- vasta-aineiden yksiköksi virheellisesti **IU/ml**. Oikea yksikkö on **IU/L**.

Allekirjoitukset

Aaro Miettinen
osastonylilääkäri
Immunologian osasto
Kliinisen mikrobiologian vastuualue
puh. 050 4272035

Martti Vaara
vastuualuejohtaja
Kliinisen mikrobiologian vastuualue
puh. (09) 471 75822

Jakelu

Laboratoriojakelu
HUS-piirin sairaaloiden laboratoriot
Helsingin terveysasemien ylilääkärit
Helsingin ja Vantaan perusterveydenhuollon ylilääkärit
Peijaksen sairaalan ylilääkärit
Jorvin sairaalan ylilääkärit
Jorvin sairaalan osastot
Porvoon ylilääkärit
HUSLABin intranet –sivut
HUSLABin Internet –sivut
Ulkopuoliset asiakkaat
HUSin kliniset toimialat

Tutkimus	1885	S -tTGAbA	Kudostransglutaminaasi, IgA vasta-aineet
	1886	S -tTGAbG	Kudostransglutaminaasi, IgG vasta-aineet
Asia	Automaattimenetelmän käyttöön siirtymisen vuoksi tutkimuksien viitearvot muuttuvat 2.5.2006 alkaen. Menetelmä on edelleen entsyymi - immunologinen ja valmistaja entinen.		
Asiantuntijat	Osastonylilääkäri Aaro Miettinen, sähköposti aaro.miettinen@hus.fi, puh. 050 4272035 tai (09) 191 26371, erikoislääkäri Timo Walle, sähköposti timo.walle@hus.fi, puh. 050 4272460		
Huomautukset	Uudet viitearvot käytössä 2.5.2006 alkaen.		
Viitearvot		<u>S -tTGAbA</u>	<u>S -tTGAbG</u>
	Normaali	< 7 U/ml	< 10 U/ml
	Raja-arvoinen	7 – 13 U/ml	10 – 15 U/ml
	Positiivinen	> 13 U/ml	> 15 U/ml
Tiedustelut	Immunologian osasto puh. (09) 191 26291		

Tutkimus	4744	S -CCPAb	Sitrulliinipeptidi, vasta-aineet
Asia	Automaattimenetelmän käyttöön siirtymisen vuoksi tutkimuksen viitearvot muuttuvat 2.5.2006 lukien.		
Asiantuntijat	Osastonylilääkäri Aaro Miettinen, sähköposti aaro.miettinen@hus.fi, puh. 050 4272035 tai (09) 191 26371, erikoislääkäri Timo Walle, sähköposti timo.walle@hus.fi, puh. 050 4272460		
Huomautukset	Uudet viitearvot käytössä 2.5.2006 alkaen.		
Viitearvot	Normaali	< 7 U/ml	
	Raja-arvoinen	7 – 10 U/ml	
	Heikko positiivinen	11 – 30 U/ml	
	Vahva positiivinen	> 30 U/ml	
Tiedustelut	Immunologian osasto puh. (09) 191 26291		