

Seerumin desialotransferriinin (S -CDT, KL 4101) viitearvot muuttuvat 1.7.2008 alkaen

Tutkimus	4101	S -CDT	S -Desialotransferriini
Asia	Viitearvomuutos		
Perustelut	S -CDT-tutkimuksen reagenssivalmistaja on tehnyt menetelmään muutoksia. Suorittamiemme vertailujen perusteella tulostaso nousee n. 20 %:lla. Tästä johtuen tutkimuksen viiteyläraja nousee 1.7.2008 alkaen.		
Asiantuntijat	lääkäri Lasse Uotila, lasse.uotila@hus.fi, (09) 471 74306, 050 427 1548, kemisti Annukka Mäki, annukka.maki@hus.fi, (09) 471 72573, 050 427 9201		
Indikaatiot	Alkoholin suurkulutuksen toteaminen		
Menetelmä	Immunonefelometrinen Akkreditoitu menetelmä		
Viitearvot	<i>kaikki alle 2.5 %</i>		
Kommentti tulosten tulkinnasta	Tuloksiin sisältyy aina mittausepävarmuutta. S -CDT-menetelmän korkeasta spesifisyydestä huolimatta lievä viitealueen ylitys ei siten aina välttämättä merkitse alkoholin suurkulutusta. Määrityksen toistaminen uudesta näytteestä ja/tai tutkimuksen täydentäminen muiden markkerien kuten P -GT ja E -MCV määrittäyksillä voi selkeyttää tulkintaa.		
Tiedustelut	Meilahden sairaalan proteiinikemian laboratorio (09) 471 72582		
Allekirjoitukset	Lasse Uotila osastonylilääkäri Meilahden sairaalan laboratorio puh. (09) 471 74306, 050 427 1548	Annukka Mäki kemisti Meilahden sairaalan laboratorio puh. (09) 471 72573, 050 427 9201	
Jakelu	Laboratoriojakelu HUS-piirin sairaaloiden laboratoriot Espoon, Helsingin ja Vantaan perusterveydenhuollon ylilääkärit Peijaksen sairaalan lääkärit Jorvin sairaalan ylilääkärit Jorvin sairaalan osastot Lohjan yli- ja apulaisylilääkärit Länsi-Uudenmaan sairaalan lääkärit ja osastonhoitajat Porvoon ylilääkärit HUSLABin intranet-sivut HUSLABin Internet-sivut Ulkopuoliset asiakkaat HUS:n kliniset toimialat		