

-MRSAVi -tutkimuksen näyteastian muutos

Tutkimus	4358	-MRSAVi	-Metisilliiniresistentti staphylococcus aureus, viljely
Asia	<p>MRSA -viljelynäytteen otossa ollaan siirtymässä Copanin eMRSA Broth –nestekuljetusputken käyttöön (MRSA -nestekuljetusputki). Uuden MRSA –nestekuljetusputken sisältämä neste on selektiivinen ja MRSA:ta rikastava elatusaine.</p> <p>MRSA -nestekuljetusputken käyttö on aloitettu pilottina terveydenhuollon eri yksiköissä. Toivomme asiakkaittemme siirtyvän uuden MRSA -nestekuljetusputken käyttöön maaliskuun 2013 loppuun mennessä. Näytteet voidaan tarvittaessa ottaa geelikuljetusputkeen, mikäli se on perusteltua esim. logistisista syistä tai MRSA -nestekuljetusputkea ei ole käytettävissä.</p> <p>Näyteastian muutos ei vaikuta pyyntö- eikä seulontakäytäntöihin. Pyydämme kuitenkin kaikkia näytteenottajia perehtymään näytteenotto-ohjeeseen, jossa on kuvattu MRSA -nestekuljetusputken käyttö.</p>		
Yhteyshenkilöt	<p>mikrobiologi Eveliina Tarkka, eveliina.tarkka@hus.fi, 050 427 2496 kliininen asiantuntija Risto Hilla, risto.hilla@hus.fi, 050 428 6136</p>		
Näyteastian tilaaminen	<p>Uusi näyteastia kuuluu MRSAVi –tutkimuksen hintaan. HUSLABin toimipisteet tilaavat MRSA –nestekuljetusputket ja hoitoyksiköt voivat noutaa näyteastiat lähimmästä laboratorion. Näyteastioiden toimittamiseen liittyvistä käytännöistä voidaan tarvittaessa sopia paikallisesti.</p>		
<p>HUS-Logistiikan tilauskoodi: Z32013 (50 kpl/pakkaus) Kustannuspaikka: 8981</p>			
<p>Yksittäinen näytepakkaus sisältää MRSA –nestekuljetusputken ja näytteenottotikun. Käyttämättömän näytepakkauksen säilyvyys on 6 kk huoneenlämmössä</p>			
Näytteenotto-ohje	<p>HUSLAB, PREANALYTIIKAN KÄSIKIRJA: http://huslab.fi/preanalytiikan_kasikirja/bakteriologiset_naytteet/mrsa_viljelynayte.pdf</p>		
Tiedustelut	<p>Risto Hilla, risto.hilla@hus.fi, 050 428 6136 Outi Lampinen, outi.lampinen@hus.fi, 050 428 6135</p>		
Allekirjoitukset	<p>Pentti Kuusela vs.ylilääkäri, vastuuyksikön päällikkö HUSLAB Bakteriologian osasto puh. 050 427 0143</p>	<p>Martti Vaara Prof.,vastuualuejohtaja HUSLAB Kliinisen mikrobiologian vastuualue puh. 09 471 75822</p>	