

## Hyvinkään sairaalan laboratorion hyytymistutkimuksille 4520 P –INR ja 1731 P -TT vastattu virheellisiä tuloksia laitevian vuoksi

### Asia

Hyvinkään sairaalan laboratorion hyytymisanalysointin on todettu mitanseen virheellisesti 4520 P –INR ja 1731 P –TT tutkimuksia. Laitevian vuoksi 23.3.-8.4.2013 ajanjaksolla vastatut korkeat P –INR ja matalat P –TT tulokset saattavat olla virheellisiä.

Virhe koskee yhdellä laitteella tehtyjä tuloksia, joten se on voitu rajata osaan seuraavista hoitoyksiköistä tehdyistä pyynnöistä: Hyvinkään, Järvenpään, Tuusulan, Mäntsälän ja Nurmijärven terveyskeskukset sekä Hyvinkään sairaala.

Hyvinkään sairaalan laboratorio on yhteydessä em. hoitoyksiköihin mahdollisten virheellisten potilasnäytetulosten osalta. Suosittelemme kontrolloimaan tällä noin 2 viikon ajanjaksolla (23.3.-8.4.2013) otettuja näytteitä, mikäli epäilette, että tulos on virheellinen. Virheellisiksi määriteltyjen tulosten poistamisesta huolehtii laboratorio hoitoyksikön pyynnöstä.

Viallinen laite poistettiin virheen havaitsemisen jälkeen käytöstä tarkistusta varten. Pahoittelemme tapahtunutta virhettä ja siitä aiheutuvia ongelmia.

### Yhteyshenkilöt

kemisti Ritva Mäntyselkä, ritva.mantyselka@hus.fi, 019 4587 2311,  
kemisti Arto Keränen, arto.keranen@hus.fi, 019 4587 2476,  
lääkäri Lotta Joutsen-Korhonen, lotta.joutsen-korhonen@hus.fi, 050 427 2402

### Tiedustelut

Hyvinkään sairaalan laboratorio puh. 019 4587 2312,  
päivystysaikana 019 4587 2316.

### Allekirjoitukset

Ritva Mäntyselkä sairaalakemisti, vastuuyksikön päällikkö HUSLAB Hyvinkään sairaalan laboratorio puh. 019 4587 2311	Lotta Joutsen- Korhonen osastonylilääkäri  HUSLAB Meilahden sairaalan laboratorio puh. 050 427 2402	Arto Keränen sairaalakemisti  HUSLAB Hyvinkään sairaalan laboratorio puh. 019 4587 2476	Maria Raitakari vastuualuejohtaja, ylilääkäri  HUSLAB Kliininen kemia ja hematologia puh. 050 513 0995
--	--	---	---