

## Plasman parathormonin (4560 fP –PTH) viitearvot muuttuvat 15.1.2014 lähtien

**Tutkimus** 4560 fP-PTH fP-Parathormoni

**Johdanto** HUSLABin Meilahden sairaalan laboratorio ottaa 15.1.2014 lähtien käyttöön uudet fP-Parathormonin viitearvot, 15-65 ng/l. Viitearvot on testattu omalla koehenkilöaineistoilla ja ne vastaavat menetelmävalmistajan ilmoittamia arvoja.

Käytössä ollut paastoplasman parathormonimääritysmenetelmä vaihtui vuonna 2011. Samalla otettiin käyttöön viitearvot (12-47 ng/l), jotka perustuivat vertailuihin siihen asti käytössä olleeseen menetelmään ja havaittuun tulostaseroon. Kliinisen kokemuksen perusteella käytössä ollut viitearvoalueen yläraja on ollut liian matala ja aiheuttanut vääriä positiivisia tuloksia ja hyperparatyreoosiepäilyjä.

Uudet viitearvot koskevat kaikkia ikäryhmiä.

**Uudet viitearvot** kaikki ..... 15 -65 ng/l

**Tiedustelut** Meilahden sairaalan laboratorio, puh. kanslia 09 471 72579, työpiste 74304

<b>Allekirjoitukset</b>	Esa Hämäläinen	Helene Markkanen	Aija Helin
	osastonylilääkäri	erikoislääkäri	kemisti
	HUSLAB	HUSLAB	HUSLAB
	Naistenklinikan laboratorio	Naistenklinikan laboratorio	Meilahden sairaalan laboratorio
	puh. 09 471 74944	puh. 050 427 1612	puh. 050 427 2475