

## Viitealueella olevissa laboratoriotuloksissa voi esiintyä aiheettomia poikkeavuus (\*)-merkintöjä tuloksissa

### Asia

Uuden laboratoriotietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä HUSLAB-talon Automaatiolaboratoriossa on todettu järjestelmävirhe, joka luo aiheettomia viitearvovaroituksia. Tämän seurauksena osa potilastuloksista on saanut virheellisesti \*-merkinnän, vaikka tulos on viitealueella. Virheellisiä \*-merkintöjä saattaa esiintyä tuloksissa, joita on vastattu 11.1.2016 alkaen.

Toistaiseksi virheellisiä \*-merkintöjä on havaittu 4831 P -TSH- ja 1142 S -B12-TC2 –tutkimusten tulosten yhteydessä. Emme voi kuitenkaan poissulkea mahdollisuutta, että niitä esiintyisi myös muiden tutkimusten tuloksissa.

**Huolimatta aiheettomista \*-poikkeavuusmerkinnöistä itse potilastulokset ja niiden yhteydessä ilmoitetut viitealueet ovat oikein.**

Laboratoriotietojärjestelmässä esiintynyt virhe on korjattu ja aiemmin vastatut tulokset tullaan korjaamaan mahdollisimman nopealla aikataululla.

Pahoittelemme häiriötä. Tarvittaessa lisätietoja antavat allekirjoittaneet.

### Allekirjoitukset

Annukka Paju  
 kemisti  
 HUSLAB  
 Automaatiolaboratorio  
 puh. 040 427 4995

Esa Hämäläinen  
 osastonylilääkäri  
 HUSLAB  
 Erikoiskemian  
 laboratorio  
 puh. 050 427 2839

Maria Raitakari  
 linjajohtaja, ylilääkäri  
 HUSLAB  
 Kliininen kemia ja  
 hematologia  
 puh. 050 513 0995