

Pt-GFReEPI-tuloksen puuttuminen joidenkin potilaiden tuloksista, tietotekninen virhe havaittu

Tutkimus 21218 Pt-GFReEPI Pt-Glomerulussuodosnopeus, estimoitu, CKD-EPI-kaava

Osatutkimukset P -Krea tai S -Krea

Asia **Pt-GFReEPI-tuloksen puuttuminen joidenkin potilaiden tuloksista**

HUSLAB on havainnut, että eräissä tapauksissa Pt-GFReEPI -tulos puuttuu potilaan plasman kreatiniini (P -Krea) tai seerumin kreatiniini (S -Krea) -vastauksen yhteydestä silloin, kun P -Krea tai S -Krea-tulos on ollut viiterajojen ulkopuolella.

Puutos johtuu tietoteknisestä virheestä, joka tullaan korjaamaan mahdollisimman nopeasti. Puuttuvat Pt-GFReEPI-tulokset tullaan lähettämään korjauksen jälkeen.

Duodecimin Terveysportissa olevaa GFR-laskuria suositellaan käytettäväksi tilapäistarpeissa.

Pahoittelemme puutteesta aiheutunutta vaivaa.

Yhteyshenkilöt lääkäri Timo Kouri, timo.kouri@hus.fi, 050 427 1252,
kemisti Mia Sneck, mia.sneck@hus.fi, 050 427 1548

Indikaatiot Munuaisten kroonisen toiminnanvajausten arviointi.

Allekirjoitukset	Timo Kouri	Mia Sneck
	vs. linjajohtaja	chemisti
	HUSLAB	HUSLAB
	Kliinisen kemian ja hematologian linja puh. 050 427 1252	Automaatiolaboratorio puh. 050 427 1548