

## Muutos 2421 dU-Oksalaatti-tutkimuksen näytteen säilöntäaineessa 1.11.2016 alkaen

<b>Tutkimus</b>	2421	dU-Oksal	dU-Oksalaatti
<b>Asia</b>	Näyteastiamuutos		
<b>Asia</b>	<p>Vuorokausivirtsan keräyksessä vaadittu suolahapon lisäys poistuu dU-Oksalaatti-tutkimuksesta (<b>2421 dU-Oksal</b>) 1.11.2016 alkaen, koska julkaistun tiedon mukaan suolahappolisä ei vaikuta merkittävästi potilasnäytteiden pitoisuustuloksiin. Säilöntäainelisäyksen poistuminen ei vaikuta tutkimuksen viitearvoihin.</p> <p>Näyte lähetetään laboratorioon vastedes kylmälähetyksenä tai pakastettuna (ei huoneenlämmössä).</p>		
<b>Tiedustelut</b>	HUSLAB alihankkii tutkimuksen Vita Laboratoriot Oy:stä, yhteyshenkilö sairaalakemisti Airi Rakkolainen, puh. 045 7734 9025, sähköposti: airi.rakkolainen@vita.fi		
<b>Allekirjoitukset</b>	Timo Kouri osastonylilääkäri HUSLAB Automaatiolaboratorio puh. 050 427 1252 s-posti: timo.kouri@hus.fi	Lotta Joutsu-Korhonen ylilääkäri, vs. HUSLAB Kliininen kemia ja hematologia puh. 050 427 2402 s-posti: lotta.joutsu-korhonen@hus.fi	