

Virtsan partikkelien peruslaskennan (20033 U -Solut) osatutkimukset muuttuvat 21.11.2018 alkaen

Tutkimus 20033 U -Solut U -Partikkelien peruslaskenta, koneellinen

Asia Virtsan partikkelilaskennan (20033 U -Solut) osatutkimukset muuttuvat HUSLABin Meilahden, Uudenmaan ja Kymenlaakson laboratorioissa uusia automaattilaitteita varten talven 2018-2019 aikana. Muutoksessa U -Solut -tutkimuspyynnöt täydentyvät **21.11.2018 alkaen** uusien automaattimikroskooppien (UriSed 3 PRO, 77 Elektronika) uusilla osatutkimuksilla (U -Levyep ja U -Pienep). Samalla uusien laitteiden vastauksista jää puuttumaan vanhojen virtaussytometrien (UF-1000i, Sysmex-Europe) estimoitu osmolaliteetti (U -OsmolE).

Siirtymäkaudella osa U-Solujen osatutkimuksista annetaan ”ei tehdä” –vastauksia laitetyyppistä ja käyttöönottovaiheesta riippuen *oheisen taulukon* mukaisesti.

Osatutkimusten muutokset

Vanhat osatutkimukset (UF-1000i)	Uudet osatutkimukset (UriSed 3 PRO)
U -Bakt, Bakteerit virtsasta	U -Bakt
U -Epit, Epiteelisolut virtsasta	U -Epit: ”ei tehdä”
U -LevyEp: ”ei tehdä”	U -LevyEp, Levyepiteelisolut virtsasta
U -PienEp: ”ei tehdä”	U -PienEp, Pienet epiteelisolut virtsasta
U -Eryt, Erytrosyytit virtsasta	U -Eryt, Erytrosyytit virtsasta
U -Leuk, Leukosyytit virtsasta	U -Leuk, Leukosyytit virtsasta
U -Lier, Lieriöt virtsasta	U -Lier, Lieriöt virtsasta
U -OsmolE, Osmolaliteetti, estimoitu	U -OsmolE: ”ei tehdä”

Tiedustelut HUSLAB-talo, Meilahti, Asiakaspalvelu puh. 09 471 72579 (arkipäivisin), päivystysaikana oman laboratorion päivystysnumerosta (HUSLAB-talo, Meilahden alueen sairaalat päivystysaikana puh. 050 305 1424)

Allekirjoitukset	Timo Kouri osastonylilääkäri HUSLAB Automaatiolaboratorio puh. 050 427 1252	Katariina Alagrund kemisti HUSLAB Automaatiolaboratorio puh. 050 427 2475	Lotta Joutsu-Korhonen ylilääkäri HUSLAB Kliininen kemia ja näytteenotto- ja analyysipalvelut puh. 050 427 2402
-------------------------	---	---	---