

BNP-tutkimuksessa (4709 P -BNP, Natriureettinen peptidi) laatuongelma ja vastausviiveitä

Tutkimus 4709 P -BNP Natriureettinen peptidi

Asia BNP-reagenssitoimittajalta saamamme tiedon mukaan heidän toimittamissaan reagensseissa on ollut säilyvyysongelmaa, joka on saattanut vaikuttaa HUSLABista vastattujen BNP-tulosten oikeellisuuteen toukokuun aikana. **Osa vastatuista tuloksista voi siten olla virheellisen korkeita.**

Mikäli epäilette potilaan viime aikaista tulosta liian korkeaksi, suosittelemme uutta näytteenottoa. Ongelma korjaantuu perjantain 31.5. aikana.

Toimittaja (Abbott) lupaa uutta reagenssierää, mutta perjantain ja viikonlopun aikana saattaa kuitenkin esiintyä vastausviiveitä. Mikäli tilanne ei korjaannu uudella erällä, tiedotamme asiasta uudelleen.

Pahoittelemme hoitoyksiköille aiheutunutta haittaa.

Allekirjoitukset	Mia Sneck kemisti HUSLAB Automaatiolaboratorio puh. 050 427 1548	Päivi Lakkisto erikoislääkäri HUSLAB Automaatiolaboratorio puh. 050 427 1458	Lotta Joutsi-Korhonen ylilääkäri HUSLAB Kliininen kemia ja näytteenottopalvelut puh. 050 427 2402
-------------------------	--	--	--