

PERUSTERVEYDENHUOLLON ASIAKKAILLE: Patologian erikoisalan vastauksia jäänyt tulostumatta hälytyslistalle 5.6.2019 alkaen – tulokset ovat olleet nähtävissä laboratoriotietojärjestelmissä

Asia Patologian tietojärjestelmäpäivityksen yhteydessä on tapahtunut virhe, jonka seurauksena osa/kaikki ns. hälytystuloslistalle kuuluvat patologian tulokset ovat jääneet listalle tulostumatta. Tulokset ovat kuitenkin olleet normaalisti nähtävissä laboratoriotietojärjestelmissä. Olemme 1.8.2019 puhelimitse yhteydessä kaikkiin niihin yksiköihin, joissa hälytystuloksia on jäänyt ilmoittamatta. Virhe korjataan mahdollisimman pian.

Pahoittelemme suuresti tapahtuneen virheen mahdollisesti aiheuttamia viiveitä.

Allekirjoitukset	Tiina Mäki ylilääkäri, linjajohtaja HUS Diagnostiikkakeskus HUSLAB Kliininen kemia ja näytteenottopalvelut puh. 050 428 6160	Päivi Heikkilä ylilääkäri, linjajohtaja vs. HUS Diagnostiikkakeskus HUSLAB Patologia puh. 050 427 1902	Jarkko Penttilä tietojärjestelmäpäällikkö HUS Diagnostiikkakeskus Tietohallinto puh. 040 568 5167
-------------------------	---	--	--