

## F -BaktVIP ja F -EHECVTx –tutkimuksen PCR-menetelmä vaihtuu ja näyteputki muuttuu 26.11.2019

<b>Asia</b>	Ripulitaudin selvityksessä käytettävä F-BaktVIP ja EHECin tutkimiseen käytettävä F-EHECVTx -menetelmän tekotapa vaihtuu ja samalla näyteputkeksi vaihtuu Cobanin eNAT-putki (HUS-tilauskoodi: Z606C/) ja yksi geelikuljetusputki.		
<b>Tutkimus</b>	F -BaktVIP	21088	Bakteeri, viljely ja nukleiinihappo (kval), ulosteesta
	F -EHECVTx	9440	EHEC-viljely ja toksiiniosoitus, ulosteesta
<b>Johdanto</b>	Aiemmin käytössä ollut in-house PCR-menetelmä vaihtuu kaupalliseen CE-IVD -merkittyyntä menetelmään. Tämä lisää tutkimuksen luotettavuutta ja helpottaa reagenssien saatavuutta. Uusi käyttöön otettava testi ei sisällä <i>Vibrio cholerae</i> -bakteerin tunnistusta, vaan jatkossa koleraa epäiltäessä tilattava tutkimus on 2094 F -VichVi Kolera, viljely ( <i>Vibrio cholerae</i> ).		
<b>Näyteputki</b>	Jatkossa näyte on otettava yhteen eNAT-putkeen ja yhteen geelikuljetusputkeen. Kts. näytteenotto-ohjeet. <a href="https://huslab.fi/ohjekirjan_liitteet/potilasohjeet/ulostenaytteet/ulos-tenayte_f_baktvip_ja_f_ehecvtx_tutkimusta_varten/index.html">https://huslab.fi/ohjekirjan_liitteet/potilasohjeet/ulostenaytteet/ulos-tenayte_f_baktvip_ja_f_ehecvtx_tutkimusta_varten/index.html</a>		
	eNAT-putkeen laitettava oikea näytemäärä on tärkeää tutkimuksen onnistumisen kannalta.		
<b>Tekotiheys</b>	Tekotiheys säilyy ennallaan (joka arkipäivä)		
<b>Hinta</b>	Säilyy ennallaan.		
<b>Tekopaikka</b>	HUSLAB, Kliininen mikrobiologia, Bakteriologian laboratorio, puh. 09 471 73082 tai 471 73040		
<b>Yhteyshenkilöt</b>	mikrobiologi Jenni Antikainen, <a href="mailto:jenni.antikainen@hus.fi">jenni.antikainen@hus.fi</a> , 050 452 6712 lääkäri Nathalie Friberg, <a href="mailto:nathalie.friberg@hus.fi">nathalie.friberg@hus.fi</a> , 050 428 6876		
<b>Allekirjoitukset</b>	Jenni Antikainen Sairaalamikrobiologi HUSLAB Kliininen mikrobiologia Bakteriologia puh. 050 452 6712	Merja Rautio Dos., Prosessivastaava HUSLAB Kliininen mikrobiologia Bakteriologia puh. 050 457 9605	Maija Lappalainen Ylilääkäri, linjajohtaja HUSLAB Kliininen mikrobiologia puh. 09 471 75811/ 040 838 4004