

Progesteronin määrittäminen muuttuu 9.6.2020

Tutkimus	2502	S -PROG	Progesteroni, seerumista
Menetelmämuutos	Progesteroni-tutkimuksen määrittäminen muuttuu 9.6.2020 alkaen. Immunokemiallisten menetelmien välinen korrelaatio on hyvä, mutta tulostaso laskee keskimäärin 5-10 %. Yksilötasolla ja matalilla pitoisuuksilla (alle 2-3 nmol/l) muutos voi olla erisuuruinen tai erisuuntainen. Alin vastattava pitoisuus on jatkossa 0,7 nmol/l (aiemmin 0,2 nmol/l).		
Teksti	Arkipäivisin (<i>aiemmin kaksi kertaa viikossa</i>).		
Allekirjoitukset	Mikko Anttonen erikoislääkäri HUSLAB Automaatiolaboratorio puh. 050 4644654	Titta Salopuro kemisti HUSLAB Automaatiolaboratorio puh. 040 4869961	Lotta Joutsen-Korhonen ylilääkäri HUSLAB Kliininen kemia puh. 050 4272402