

Virtsan alfa-1-mikroglobuliinin suhde kreatiniiniin vastataan 10.2.2021 alkaen

Tutkimus	4757	U -A1Miglo	U -Alfa-1-Mikroglobuliini
	21967	U -A1MiKre	U -Alfa-1-mikroglobuliinin ja kreatiniinin suhde
	2145	U -Krea	U -Kreatiniini

Asia **Virtsan alfa-1-mikroglobuliini (U -A1Miglo) -vastauksiin lisätään osatutkimukseksi virtsan kreatiniini (U -Krea) 10.2.2021 alkaen.** Lisäksi osatutkimuksena laskeetaan ja vastataan **alfa-1-mikroglobuliinin suhde kreatiniiniin (U -A1MiKre).**

Koska virtsan väkevyys vaikuttaa suuresti kertavirtsan alfa-1-mikroglobuliinimäärän tulkitaan, kreatiniiniin suhteutettu pitoisuus kuvastaa paremmin alfa-1-mikroglobuliinin vuorokausieritystä.

Virtsan alfa-1-mikroglobuliinin tilaamisessa ei tapahdu muutoksia. Virtsan kreatiniini (U -Krea) vastataan myös osatutkimuksena.

Huomautukset Muutos ei koske ennen 10.2.2021 tehtyjä tutkimuspyyntöjä, vaikka näyte otettaisiin tai vastattaisiin vasta tämän jälkeen.

Tutkimusta U -A1MiKre (21967) ei voi tilata suoraan.

Viitearvot U -A1MiKre

Aikuiset alle 1,9 mg/mmol krea

Viitealue perustuu kirjallisuuteen (Curcio et al, 2016). Lasten viitearvot eivät ole tiedossa.

Viite Curcio R, Stettler H, Suter PM, Aksözen JB, Saleh L, Spanaus K, Bochud M, Minder E, von Eckardstein A. Reference intervals for 24 laboratory parameters determined in 24-hour urine collections. Clin Chem Lab Med. 2016;54(1):105-16.

Allekirjoitukset	Tapio Lahtiharju	Raisa Loginov	Niina Tohmola	Lotta Joutsu-Korhonen
	Erikoistuva lääkäri	Sairaalamikrobiologi	Sairaalakemisti	Ylilääkäri
	HUSLAB	HUSLAB	HUSLAB	HUSLAB
	Kliininen kemia	Virologia ja immunologia	Automaatio-laboratorio	Kliininen kemia
	puh. 040 144 7947	puh. 050 427 9759	puh. 050 427 1548	puh. 050 427 2402