

Rekoveriini-vasta-ainemäärityksen menetelmämuutos

Tutkimus	21851	S -RekovAb	S -Rekoveriini, vasta-aineet, seerumista
Asia	Paraneoplastista retinopatiaa sairastavien potilaiden diagnostiikassa käytettävän rekoveriini-vasta-ainetutkimuksen menetelmä on muuttunut. Uusi menetelmä on immunoblot. Tulos ilmoitetaan jatkossa posit/negat ja lausunnossa ilmoitetaan semikvantitatiivisesti positiivisen reaktion vahvuus (+, ++, +++).		
Yhteyshenkilöt	lääkäri Anne Toivonen, anne.toivonen@hus.fi, 050 440 8375 lääkäri Hanna Jarva, hanna.jarva@hus.fi, 050 427 9816		
Menetelmä	Immunoblot-menetelmä.		
Viitearvot	Kaikki	Negatiivinen	
Tiedustelut	Virologian ja immunologian laboratorio, 09 471 73220		
Allekirjoitukset	Hanna Jarva Osastonylilääkäri Kliininen mikrobiologia HUS Diagnostiikkakeskus	Anne Toivonen Erikoislääkäri Kliininen mikrobiologia HUS Diagnostiikkakeskus	Maija Lappalainen Ylilääkäri Kliininen mikrobiologia HUS Diagnostiikkakeskus