

Seerumin immunoglobuliini, kevytketjut, Kappa, vapaa -reagenssissa laatuongelma 21.12.2021 alkaen

Tutkimus	4949	S -IgLc-V	S -Immunoglobuliini, kevytketjut, vapaat	
Osatutkimukset	S -IgLcK-V, S -IgLcL-V ja S -K/L-s-V			
	Ongelma koskee suoraan S -IgLcK-V -tutkimusta (vapaa kappaketju) ja välillisesti S -K/L-s-V -tutkimusta (kappa-lambda -suhde).			
Asia	Seerumin immunoglobuliini, kevytketjut, Kappa, vapaa -reagenssissa on jälkiseurannassa havaittu laatuongelma, joka aiheuttaa epätarkkuutta tulokseen. Ko. reagenssierä on ollut käytössä 21.12.2021 alkaen.			
	Epätarkkuuden arvioidaan vaikuttavan tulokseen keskimäärin $\pm 20\%$, mutta yksittäisellä potilaalla vaikutus voi olla tätä selvästi suurempi.			
	Valmistajalla ei ole vielä saatavilla korvaavaa reagenssia, mutta selvittely valmistajan kanssa jatkuu.			
	Pahoittelemme laatuongelman mahdollisia vaikutuksia.			
Yhteyshenkilöt	lääkäri Päivi Lakkisto, paivi.lakkisto@hus.fi, 050 427 1458			
	kemisti Pasi Nokelainen, pasi.nokelainen@hus.fi, 050 428 7808			
Allekirjoitukset	Pasi Nokelainen Kemisti	Päivi Lakkisto Erikoislääkäri	Outi Itkonen Vastuuyksikön päällikkö	Lotta Joutsu-Korhonen Ylilääkäri, vastuualuejohtaja
	HUSLAB Erikoiskemia puh. 050 428 7808	HY ja HUSLAB Erikoiskemia puh. 050 427 1458	HUSLAB Erikoiskemia puh. 050 427 9277	HUSLAB Kliininen kemia puh. 050 427 2402