

Virtsan raskaudenosoitustesteissä on havaittu väriä positiivisia tuloksia

Tutkimukset	2124	U -hCG-O	Koriongonadotropiini (kval), virtsasta - <i>osoitustesti</i>
	6469	P -hCG-tot	Koriongonadotropiini, totaali, plasmasta

Asia **Virtsan raskaudenosoitustestissä (U -hCG-O) on havaittu väriä positiivisia tuloksia.**

Poikkeavia tuloksia on havaittu varsinkin kliinisten yksiköiden itse tekemissä testeissä. Laboratoriossa tehtävällä, kvantitatiivisella plasman hCG tutkimuksella (P -hCG-tot) kontrolloituna tulos on ollut negatiivinen (=mittaamattoman matala)

Ongelmaa selvitetään osoitustestin toimittajan kanssa. Ongelman laajuus tai syy ei toistaiseksi ole selvinnyt. Ulkoisen laadunarvioinnin näytteissä Diagnostiikkakeskus ei ole havainnut poikkeamia.

Toimintaohje **Kun kliinisen tilanteen vuoksi raskausmahdollisuus täytyy poissulkea, käytä mahdollisuuksien mukaan verinäytteestä tehtävää tutkimusta P -hCG-tot (6469).**

Tämä tutkimus on yleisesti ottaen luotettavampi, kuin hCG:n osoitus virtsasta. Virtsatesti on tavallisesti positiivinen tasolla hCG yli 25 IU/l.

Yhteyshenkilöt **kemisti Annakaisa Herrala: annakaisa.herrala(at)hus.fi / 050 427 9844 ja lääkäri Mikko Anttonen: mikko.anttonen(at)hus.fi / 050 464 4654**

Allekirjoitukset	Mikko Anttonen Osastonylilääkäri	Annakaisa Herrala Kemisti	Maarit Mentula Ylilääkäri, linjaohjaja	Lotta Joutsu-Korhonen Ylilääkäri, vastuualuejohtaja
	HUS DGK Kliininen kemia puh. 050 464 4654	HUS DGK Kliininen kemia Vieritestaus puh. 050 427 9844	HUS Naistentautien poliklinikkatoiminnot puh. 050 427 2527	HUS DGK Kliininen kemia puh. 050 427 2402