

Tietojärjestelmäongelman vuoksi Maisaan on siirtynyt tuloksia virheellisellä merkinnällä

Asia

Kevään 2024 kuluessa on käynyt ilmi, että tietojärjestelmäongelman vuoksi Maisaan on siirtynyt tuloksia, joissa poikkeava löydös on leimattu virheellisesti ”normaali” -merkinnällä.

Varsinainen tutkimusvastaus lausuntoineen on oikein ja ne näkyvät oikein laboratorion tietojärjestelmässä ja weblab clinicalissa. Virheelliset ”normaali”-merkinnät liittyvät tutkimuksiin, joilla ei ole viitearvoa.

Virhe on korjattu 22.5-23.5.2024, mutta Maisassa näkymään jääneet aiemmat virheelliset merkinnät voivat aiheuttaa potilaille mahdollisesti huolta ja epätietoisuutta, joten hoitoyksiköiden on hyvä tarvittaessa tarkistaa merkintöjen paikkansapitävyys.

Pahoittelemme virheestä aiheutunutta huolta ja haittaa.

Allekirjoitukset

Kari Pulkki
Ylilääkäri,
vs. vastualuejohtaja
HUS Diagnostiikkakeskus
Kliininen kemia
puh. 040 144 8676

Anu Pätäri-Sampo
Osastonylilääkäri,
vs. vastualuejohtaja
HUS Diagnostiikkakeskus
Kliininen mikrobiologia
puh. 050 428 7993

Panu Kovanen
Ylilääkäri,
vs. vastualuejohtaja
HUS Diagnostiikkakeskus
Patologia
puh. 050 427 0968

Anna-Kaisa Anttonen
Ylilääkäri,
vastualuejohtaja
HUS Diagnostiikkakeskus
Kliininen farmakologia ja
genetiikka
puh. 050 427 0523

Maija Lappalainen
Johtava ylilääkäri
HUS Diagnostiikkakeskus
puh. 040 838 4004