

C3-nefriittitekijätutkimusta varten tarvitaan samaan aikaan otettu S -C-DEF-näyte (6639)

Tutkimus	3281	S -C3Nef	S -C3-Nefriittitekijä
Asia	C3-nefriittitekijätutkimusta ei voida luotettavasti tulkita ilman samaan aikaan otettua komplementin aktivaatiotutkimusta S -C-DEF (6639). Tämän vuoksi 16.12.2024 lähtien C3-nefriittitekijätutkimusta ei tehdä, ellei potilaasta ole samaan aikaan otettu S -C-DEF-näytettä. S -C-DEF-tutkimusta varten pitää olla oma näyteputki.		
Yhteyshenkilöt	lääkäri Hanna Jarva, hanna.jarva@hus.fi, 050 427 9816 lääkäri Anne Toivonen, anne.toivonen@hus.fi, 050 440 8375		
Tiedustelut	Virologian ja immunologian laboratorio, Mikrobiologian manuaaliset menetelmät, puh. 050 427 2470.		
Allekirjoitukset	Hanna Jarva Osastonylilääkäri HUS Diagnostiikkakeskus Kliininen mikrobiologia Virologia ja immunologia puh. 050 427 9816	Anne Toivonen Erikoislääkäri HUS Diagnostiikkakeskus Kliininen mikrobiologia Virologia ja immunologia puh. 050 440 8375	Satu Kurkela Vastuualuejohtaja HUS Diagnostiikkakeskus Kliininen mikrobiologia puh. 050 428 4183