

**Kymenlaakson keskussairaalan laboratoriosta ajanjaksolla  
5.-10.5.2022 osa vastatuista P -ALAT -tuloksista virheellisen matalia****Asia**

Kymenlaakson keskussairaalan laboratoriosta ajanjaksolla 5.-10.5.2022 osa vastatuista P -ALAT -tuloksista voi olla virheellisen matalia.

Virheellisen reagenssin vuoksi osassa vastatuista P -ALAT -tutkimuksista tulostaso on ollut arviolta keskimäärin n. - 11 % matalampi kuin normaalitilanteessa. Yksittäisellä näytteellä ero voi olla edellä mainittua suurempi.

Näytteet, jotka on otettu 10.5. on analysoitu ja vastattu tietojärjestelmiin uudelleen. Ajanjaksolla 5.-9.5. otettujen näytteiden uudelleen analysointi ei ole enää mahdollista.

Jos 5.-9.5. vastatun P -ALAT -tutkimuksen tulos ei sovi potilaan kliiniseen tilaan tai potilas on esim. seurannassa, on virheellisen matalan tuloksen mahdollisuus hyvä huomioida ja tarvittaessa varmistaa kontrollitutkimuksella.

Pahoittelemme tapahtunutta.

**Allekirjoitukset**

Tuomas Mäntylä  
Osastonlääkäri

HUSLAB  
Kliininen kemia  
Kymenlaakso  
puh. 044 269 1560  
tuomas.mantyla@hus.fi

Tiina Noronkoski  
Sairaalakemisti,  
yksikön vastaava  
HUSLAB  
Kliininen kemia  
Kymenlaakso  
puh. 044 223 1404  
tiina.noronkoski@hus.fi

Eeva-Liisa Paattiniemi  
Ylikemisti,  
vastuuyksikön päällikkö  
HUSLAB  
Kliininen kemia  
Etelä-Karjala ja Kymenlaakso  
puh. 040 146 3282  
eeva-liisa.paattiniemi@hus.fi