

## Tulostaso muuttuu tutkimuksissa 4599 fP-Kol-LDL ja 4516 fP-Kol-HDL Porvoon sairaalan laboratorioissa 29.8.2016 alkaen

### Asia

HUSLABin sairaalalaboratorioissa otetaan tämän vuoden aikana käyttöön uusia laitteita ja määrittämenetelmiä. Käyttöönottoa Porvoossa laajennetaan 29.8.2016 seuraaviin tutkimuksiin, jolloin niiden tulostaso muuttuu:

| Tutk-no | Lyhenne    | Tutkimuksen nimi                                 | Muutos  |
|---------|------------|--|---|
| 4599    | fP-Kol-LDL | Kolesteroli, low density lipoprotein, plasmasta  | Tulostaso ennallaan, mutta yksilöllinen tulostason muutos voi olla -35% – + 20% (95% luottamusväli)     |
| 4516    | fP-Kol-HDL | Kolesteroli, high density lipoprotein, plasmasta | Tulostaso -5% aiempaa pienempi; yksilöllinen tulostason muutos voi olla -20% – +10% (95% luottamusväli) |

### Lähde: HUSLABin tutkimustiedote 2016:10

Siirtymäaikana samaa tutkimusta joudutaan sairaaloittain tekemään sekä vanhalla että uudella määrittämenetelmällä. Uudella menetelmällä vastatun tuloksen yhteyteen liitetään toistaiseksi automaattinen lausunto, mikäli se on tehty laitteella, jossa ko. menetelmän tulostaso on merkittävästi eri kuin edellisellä menetelmällä.

Automaattilausunto:

4516 fP-Kol-HDL ja 4599 fP-Kol-LDL: Uusi menetelmä, yksilöllisiä muutoksia

### Tiedustelut

Porvoon sairaalan laboratorio puh. 019 548 2474

Erikoistuva kemisti Sanna Taskinen puh. 050 581 0397

### Allekirjoitukset

Sanna Taskinen  
erikoistuva kemisti  
HUSLAB  
Porvoon sairaalan laboratorio  
puh. 050 581 0397

Vappu Sirén  
alueyks. vastuhenkilö  
HUSLAB  
Helsingin ja Porvoon  
sairaalalaboratoriot  
puh. 050 427 0891

### Jakelu

Porvoon sairaalan lääkärit, osastot ja poliklinikat.

Itä-Uudenmaan terveysasemat