

HUS Kuvantaminen	MENETTELYOHJE	Versio: 7	s. 1/1
Radiologia	Natiivi	Voimaantulopäivä: 1.1.2020	
	Rintalastan natiiviröntgen		

Rintalastan natiiviröntgen

Tutkimusnimike

GA6AA Rintalastan natiiviröntgen

Projektiot

Peruskuvauus	Sivu
--------------	------

Kuvaustekniikka

Kuvausjännite	65–80 kV
Fokus	Iso
Hila	Käytetään

Liittyvät ohjeet

HUS Kuvantamisen ohjeistus

- [Natiiviröntgentutkimusten yleisohje](#)
- [Potilaan säteily suojaus röntgentutkimuksissa](#)
- [Rintalastan natiiviröntgen, hyvän kuvan kriteerit](#)
- [Rintalastan anatomia, natiiviröntgen](#)

Lisätietoja antaa

Natiiviohjeitiimi ja kehittämispäällikkö Eija Vartiainen

Laatija: Merja Wirtanen

Muut laatijat: Aku Ahonen; Hanna Pietikäinen; Raija Seuri; Markus Sormaala; Tomi Suo-Yrjö

Liittyy tutkimuksiin: GA6AA Rintalastan natiiviröntgen;

Lisätieto: Ohje tarkistettu, ei muutoksia.

Tunniste: 85

Jakelu, intranet: [Natiiviprosessi](#) > [Ohjeet omalle henkilökunnalle](#) > [1_Natiivikuvantamisen ohjeet](#) > [2_Kaulan ja rintakehän natiiviröntgentutkimukset](#)

internet: [Ammattilaiselle](#) > [HUS-Kuvantamisen ohjeet](#) > [Natiivitutkimukset](#) > Röntgenin menettelyohjeet