



Diagnostiikkakeskus	OPAS	Versio: 6	s. 1/2
Radiologia	Natiivi	Voimaantulopäivä: 1.1.2024	
	Skolioosin natiiviröntgen, hyvän kuvan kriteerit		

Skolioosin natiiviröntgen, hyvän kuvan kriteerit

<p>PA / AP</p> <p>Ranka kuvautuu suorassa PA/AP-suunnassa.</p>  <p>ensimmäinen kuvaus kontrollikuvaus</p>	<p>Kuvan rajaus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>ensimmäisessä kuvauksessa</u> leukakulmasta sarvennoisten tasoon, reisiluiden pään yläreuna kuvassa - <u>kontrollikuvauksissa</u> C7-nikamasta ristiluun yläreunaan. Kaularanka mukaan, jos skolioosi ulottuu sen alueelle (yläreuna leukakulmiin) <p>Projektio (skolioosista riippuen):</p> <ul style="list-style-type: none"> - nikamien ylä- ja alapäätelevyt yhtenä viivana keskisäteen alueella - nikamavälit avoimet <p>Muuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nikamat, nikamien päätelevyt sekä haarakkeet erottuvat niin, että niiden kautta on piirrettävissä mittauslinjat skolioosikulman mittaamiseksi. - <u>ensimmäisessä kuvauksessa</u> reisiluiden päät tulee näkyä kuvassa niin, että mahdollinen alaraajojen pituusero on mitattavissa - <u>ensimmäisessä kuvauksessa</u> luurakenteen tulee erottua niin hyvin, että mahdolliset nikamien rakennepoikkeavuudet ovat erotettavissa - <u>leikatussa selässä</u> mahdollinen instrumentaatio näkyy kokonaan, samoin ainakin yksi nikama sen ylä- ja alapuolella - jalan alla mahdollisesti käytetty koroke merkittynä kuvaan
<p>SIVU</p> <p>Ranka kuvautuu suorassa sivusuunnassa.</p>  <p>ensimmäinen kuvaus kontrollikuvaus</p>	<p>Kuvan rajaus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>ensimmäisessä kuvauksessa</u> leukakulmasta lonkkaniveltasoon, ryhtikuvassa lonkkanivelet kuvassa - <u>kontrollikuvauksissa</u> C7-nikamasta ristiluun yläreunaan tai pyynnön mukaan lonkat mukaan, ryhtikuvassa aina. Kaularanka mukaan, jos skolioosi ulottuu sen alueelle <p>Projektio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - suoliluun harjut lähes päällekkäin - nikamien takareunat kuvautuvat päällekkäin <p>Muuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>ensimmäisessä kuvauksessa</u> luurakenteen tulee erottua niin hyvin, että mahdolliset nikamien rakennepoikkeavuudet ovat erotettavissa - <u>leikatussa selässä</u> mahdollinen instrumentaatio näkyy kokonaan, samoin ainakin yksi nikama sen ylä- ja alapuolella - jalan alla mahdollisesti käytetty koroke merkittynä kuvaan - ryhtikuvassa kuvanlaatu niin hyvä, että myös lannerangan alaosan nikamien päätelevyt erottuvat

Diagnostiikkakeskus	OPAS	Versio: 6	s. 2/2
Radiologia	Natiivi	Voimaantulopäivä: 1.1.2024	
	Skolioosin natiiviröntgen, hyvän kuvan kriteerit		

Liittyvät ohjeet

Diagnostiikkakeskus, radiologian ohjeistus

- [Rintarangan anatomia, natiiviröntgen](#) ja [Lannerangan anatomia, natiiviröntgen](#)

Laatija: Merja Wirtanen

Muut laatijat: Henna Heldt;Aki Kotipelto;Hanna Pietikäinen;Anu Peräniemi;Annastiina Välisuo

Liitty tutkimuksiin: NA7EA Skolioosin tutkimus, natiiviröntgen;

Liitty tutkimusryhmään:

Lisätieto: PA/AP suunnan otsakkeesta poistettu 'ensimmäinen kuvauskerta'. Linkit korjattu.

Jakelu, intranet: [Radiologia](#) > [Ohjeet omalle henkilökunnalle](#) > [Natiivitutkimukset](#) > [1_Natiivikuvantamisen ohjeet](#) > [4_Selkärangan natiiviröntgentutkimukset](#)

internet: [Tutkimusohjekirja](#) > [Radiologia](#) > [Tutkimukseen lähettäminen, ajanvaraus ja esivalmistelu](#) > [Natiivitutkimukset](#) > [Kuvausoppaat](#) > [Selkäranka](#)